

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu sdělujeme všem uchazečům o veřejnou zakázku s názvem:

„Dodávka spotřebního materiálu“

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě doručených dotazů uchazečů o veřejnou zakázku.

Formulace dotazů je doslovně převzata.

Prosíme o upřesnění k několika položkám zakázky "Dodávka spotřebního materiálu", CZ.1.07/2.2.00/07.139.

Dotaz 3/1:

Položka č. 30, Rukavice na kyseliny a louhy - tento požadavek se vylučuje s materiálem (latex), lze nabídnout jiný materiál splňující odolnost?

Odpověď:

Rukavice mohou být i z jiného materiálu, ale musí být vhodné k práci s koncentrovanými chemikáliemi.

Dotaz 3/2:

Položky č. 64 a 65, Láhve se závitem GL 45 - teplotní odolnost materiálu PBT je do 180°C, materiálu PP (vylévací kroužek) ještě méně. Máme nabídnout lahve s uzávěry s těchto materiálů přes výše uvedené výhrady?

Odpověď:

Postačuje teplotní odolnost do 121°C (musí vydržet sterilizaci autoklávem).

Dotaz 3/3:

Poprosím o doplnění informací pro následovné položky:

1	Mikrotitrační destičky	polypropylen, 96 jamek, typ "P" - ploché dno
2	Špičky pro mikropipety	kapacita 2-200µl
3	Špičky pro mikropipety	kapacita 100-1000µl
4	Špičky pro mikropipety	kapacita 200-1000µl
5	Špičky pro mikropipety	kapacita 5-300µl
6	Špičky pro mikropipety	kapacita 0,1-10µl
7	Špičky pro mikropipety	kapacita 10µl; s filtrem
8	Špičky pro mikropipety	kapacita 200µl; s filtrem
9	Špičky pro mikropipety	kapacita 5-100µl; s filtrem
10	Špičky pro mikropipety	kapacita 200-1000µl; s filtrem

Požadujete sterilné al. nesterilné? Ak áno – ktoré položky z uvedených by mali byť sterilné?

Odpověď:

Položky 1-6 požadujeme nesterilní, položky 7-10 sterilní.

Dotaz 3/4:

poprosím o doplnění informací pre následovné položky:

11	Zkumavky	objem 10ml, rozměry 16x108mm, PP, centrifugační, kónické dno, bez graduace
12	Zkumavky polystyrenové	objem 5 ml, rozměry 12x75 mm
13	Uzávěr s lamelami	průměr 12mm
14	Zkumavky centrifugační	objem 15ml; stojící, kalibrované
15	Zkumavky centrifugační se šroubovacím víčkem	objem 50ml, stojící, kalibrované
47	Pasteurovy pipety	PE, objem stonku 0,3ml, objem balónku 0,9ml, délka 63mm, zúžený konec
48	Pasteurovy pipety	objem 3ml, makro, se stupnicí, nesterilní
49	Pasteurovy pipety	max. objem 3,5ml, délka 145mm, PE, bez graduace

Ktoré z uvedených položiek požadujete v sterilnom provedení?

Odpověď:

Všechny uvedené položky požadujeme nesterilní.

Dotaz 3/5:

A k položke:

46	Petriho misky plastové	průměr 100mm
----	------------------------	--------------


Požadujete sterilné alebo aseptické (aseptické=vyrobené v sterilnom prostredí)?

Požadujete misku s vystupkami (miska sa nezarusí) alebo bez vystupkov?

Odpověď:

Požadujeme Petriho misky sterilní a s výstupky.

V Pardubicích 31. 5. 2010


Ing. Alena Tomolová
referát zadávacích řízení