



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 13.7.2010

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce C/10/264 Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PŘF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/264 **Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PŘF MU**, vyhlášené dne 2.7.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.1: prosím o upřesnění technických specifikací 6.části zakázky C/10/264, bod 2 mikrozkušavky. V rámci technické specifikace požadujete objem mikrozkušavek 1ml. Je z Vaší strany akceptovatelný objem 1,5 ml? Požadujete uzávěr mikrozkušavek na závit nebo postačuje uzávěr na zatlačení? Požadujete mikrozkušavky s kónickým dnem nebo samostatně stojící? Mají být mikrozkušavky sterilní nebo nesterilní?
- Dotaz č.2: prosím o upřesnění technických specifikací 6.části zakázky C/10/264, bod 3 mikrozkušavky. Požadujete uzávěr mikrozkušavek na závit nebo postačuje uzávěr na zatlačení? Požadujete mikrozkušavky s kónickým dnem nebo samostatně stojící? Mají být mikrozkušavky sterilní nebo nesterilní?
- Odpověď na dotaz č.1: nabízené mikrozkušavky by měly vyhovět těmto požadavkům: být zhotoveny z polypropylenu, být uzavíratelné zatlačením víčka (zátky) do hrdla (bez závitů), dno musí mít kónický tvar, nemusí být sterilní, musí být kompatibilní se stojanem popínaným v bodě 4. Akceptovatelný objem mikrozkušavek je v rozsahu 1-1,5 ml.
- Odpověď na dotaz č.2: nabízené mikrozkušavky by měly vyhovět těmto požadavkům: být zhotoveny z polypropylenu, být uzavíratelné zatlačením víčka (zátky) do hrdla (bez závitů), dno musí mít kónický tvar, nemusí být sterilní, musí být kompatibilní se stojanem popínaným v bodě 4. Akceptovatelný objem mikrozkušavek je v rozsahu 2-2,5 ml.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan