



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 16.7.2010

Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce C/10/264 Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PŘF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/264 **Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PŘF MU**, vyhlášené dne 2.7.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.3: prosím o doplňující informace k technickým specifikacím 2.části zakázky C/10/264, automatický titrátor a příslušenství:
 - co chce zákazník titrovat – požaduje odání titrátoru s klasickou pH elektrodou s teplotním čidlem nebo bude titrovat podle KF – Karl Fishera ?
 - příslušenství - Titrační stojan s míchačkou a pumpou pro automatický titrátor - opravdu má obsahovat set i pumpu ?
- Odpověď na dotaz č.3:
 - Poptáváme titrátor s pH elektrodou s teplotním čidlem pro titrace vodných roztoků, přístroj nemusí umožňovat titrace podle Karl Fischera.
 - Klademe důraz na funkčnost zařízení. Pokud nabídnutý titrátor s dalším zařízením pro provádění titrací nabídne požadované funkce a splní požadavky na ovládání a použité materiály, nebude nedodržení přesné specifikace v tomto bodě důvodem k vyřazení nabídky.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan