



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 22.7.2010

Dodatečné informace č.3 k veřejné zakázce C/10/264 Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/264 **Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU**, vyhlášené dne 2.7.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.4: prosím o zodpovězení otázek k výběrovému řízení C/10/264:
Druhá část, položka 2 elektromagnetická míchačka s ohřevem - požadujete na přístroji display (ukazatel otáček a teploty)?

Šestá část, položka 1 jednokanálové pipety - požadujete pipetu s nastavitelným objemem 500 – 5000 ul. Budete akceptovat namísto tohoto objemu rozsah 1000 – 5000 ul? (chybějící rozdíl máte pokryt v pipetě 100 – 1000 ul).
- Odpověď na dotaz č.4:
U elektromagnetické míchačky, kterou poptáváme, nepožadujeme displej s ukazatelem teploty a otáček. Co se týče jednokanálových pipet, nabídka musí obsahovat nastavitelné pipety s rozsahem udaným v zadávací dokumentaci, jiné pipety nebudou akceptovány.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan