



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 27.7.2010

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce C/10/265 Vybavení laboratoří pro projekt MOSSEB

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/265 **Vybavení laboratoří pro projekt MOSSEB**, vyhlášené dne 2.7.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.1: prosím o upřesnění a odpovědi na dotaz ve věci následujících technických specifikací zakázky C/10/265:

První část, bod 1. Termostat Dry Block (max.120°C)

- budete akceptovat časovač s rozsahem 1 minuta - 72 hodin?
- s kolika bloky chcete pracovat naráz?(kolikamístný termostat je pro Vás vyhovující?)

Druhá část, bod 1. Magnetická míchačka s ohřevem

- budete akceptovat platformu s průměrem 125mm?

Třetí část, bod 1. Vortex včetně příslušenství

- výměnný nástavec na zkumavky typu eppendorf: existují nástavce se 14 otvory o průměru 10mm a se 6ti otvory s průměrem 12mm. Který z nich je pro Vás vyhovující?

Čtvrtá část, bod 3. Laboratorní termostat

- budete akceptovat objem 53l?
- budete akceptovat teplotní rozsah +5 až 70°C?
- budete akceptovat přesnost $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$?
- budete akceptovat termostat bez zvukového alarmu?(s vizuálním alarmem)

- Dotaz č.2:

První část, bod 1. Termostat Dry Block (max.120 °C)

- Pro jaký počet zkumavek (popř. objem), má přístroj být?

První část, bod 2. Termostat Dry Block (max. 100 °C)

- Pro jaký počet zkumavek (popř. objem), má přístroj být?

Druhá část, bod 1 Magnetická míchačka s ohřevem

- Jaký maximální objem má míchačka zvládnout?



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

▪ Odpověď na dotaz č.1:

První část, bod1. Termostat Dry Block (max.120°C)

Zadavatel bude akceptovat pouze nabídky, které dodrží požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Počet bloků (míst) není zadavatelem stanoven.

Druhá část, bod 1. Magnetická míchačka s ohřevem

Zadavatel bude akceptovat pouze nabídky, které dodrží požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Třetí část, bod 1. Vortex včetně příslušenství

Zadavatel požaduje dodání obou typů vyměnitelných nástavců na zkumavky typu eppendorf.

Čtvrtá část, bod 3. Laboratorní termostat

Nabízený laboratorní termostat by měl vyhovět následujícím minimálním požadavkům:

- vnitřní objem 53 litrů
- teplotní rozsah: +5 °C až +70 °C
- přesnost a stabilita nastavení: 0,2 °C
- časovač nastavitelný nejméně: do 100 hodin
- digitální nastavení času a teploty
- dvojité dveře
- nerezový interiér včetně dvou polic
- optický alarm, pokud teplota vybočí z požadovaných parametrů

▪ Odpověď na dotaz č.2:

První část, bod1. Termostat Dry Block (max.120 °C)


Zadavatel bude akceptovat pouze nabídky, které dodrží požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Počet zkumavek(objem) není zadavatelem stanoven.

První část, bod 2. Termostat Dry Block (max. 100 °C)

Zadavatel bude akceptovat pouze nabídky, které dodrží požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Počet zkumavek(objem) není zadavatelem stanoven.

Druhá část, bod 1 Magnetická míchačka s ohřevem

Zadavatel bude akceptovat pouze nabídky, které dodrží požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci. Objem vyplývá z průměru platformy přístroje.


doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan