



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 2.8.2010

Dodatečné informace č.4 k veřejné zakázce C/10/264 Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PŘF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/264 **Laboratorní vybavení pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PŘF MU**, vyhlášené dne 2.7.2010, tyto **dodatečné informace**:

- Dotaz č.5:
Čtvrtá část, položka 3 Sestava pro gelovou elektroforézu-proteinový kit - potřeboval bych vědět (není ze zadání zcela jasné), zda součástí kitu má být i elektroforetická a blotovací jednotka (vana) nebo ne.
- Odpověď na dotaz č.5:
Součástí kitu má být elektroforetická i blotovací jednotka.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan