



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zadavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta

Naše značka

7018/362 /10/Hru

Vyřizuje / linka / e-mail

Mgr. Lenka Hruzíková
odbor právní
Domov sester, č. dv. 79
Tel.: 59 737 4418
lenka.hruzikova@fno.cz

Váš dopis zn. ze dne

V Ostravě

04.10.2010

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1- 3

Číslo zakázky	C/10/376
Název programu:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu	CZ.1.07/2.2.00/07.0323
Název projektu:	Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací.
Název zakázky:	FN Ostrava-vybavení trenažérů kriminalistickými pomůckami

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu Vám poskytujeme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti:

Žádost č. 1:

Ve specifikaci položek rozpočtu projektu je jen obecný popis položek, který umožňuje velmi široký výklad. Prosím o informaci, pokud je to možné který z konkrétních typů, případně jaký rozsah vybavení je předpokládán. Viz otázky níže:

- 3.3.11 z parametrů vyplývá, že je požadován některý konkrétní typ. Prosím jaký? Jaká je požadována vlnová délka?
- 3.3.34 musí být rapid test lidské krve HEMA DIRECT nebo lze nabídnout odpovídající jiný výrobek?
- 3.3.40 pravděpodobně jde o kyanovou hůlku pro napařování stop.
- 3.3.41 jedná se o kompletní systém určování drog nebo pouze o terénní soupravu. Cenově by to byl značný rozdíl.
- 3.3.42 není uveden rozsah výbavy v kufru pro zajišťování pachových stop.
- 3.3.45 jedná se o MEGAMAXX 100 nebo novější MEGAMAXX 300. Kriterium cena by novější výrobek vyřadila.
- 3.3.46 jaké parametry by měl mít detektor kovů. Je určen pro osobní prohlídky nebo pro vyhledávání nábojnic? (dotaz č. 1)
Laserový dálkoměr má měřit do 50 m nebo na větší vzdálenost? Mají být u něj odrazové terčiky nebo ne? (dotaz č. 2)
- 3.3.47 rozumíme poptávce správně – je-li uvedeno 2 ks budou všechny vyjmenované položky po 2 ks?
- 3.3.48 nejsou specifikovány měřítka, čísla atd. Měřítka pro kriminalistickou dokumentaci je značný sortiment. Měřítka by měla být kalibrována.

1/3

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz
DIČ: CZ00843989 / IČO: 00843989
Číslo účtu: ČSOB Ostrava, 8010-0309258333/0300

Kód MTZ: 360620



Nemocnice akreditovaná
Joint Commission International



Ve výzvě k podání nabídek není uvedeno že mají být předloženy vzorky. Podle čeho se bude posuzovat zda je nabízen požadovaný materiál?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

k položce - 3.3.11:

zcela konkrétní typ požadován není, požaduje se splnění uvedené specifikace - vlnová délka kombinace 254/380 nm, 366 nm.

k položce - 3.3.34:

lze nahradit ekvivalentem stejných parametrů – požaduje se specifický průkaz lidské krve.

k položce - 3.3.40:

ano

k položce - 3.3.41:

postačuje terénní souprava

k položce - 3.3.42:

alobal - 2 ks, peán - 2 ks, pinzeta velká - 2 ks, sklenice s twist uzávěrem a pachovým snímačem - 6 ks

k položce - 3.3.45:

MEGAMAXX 100 je postačující

k položce - 3.3.46 : pro 1. dotaz

vyhledávání nábojnic na malých plochách (do 30 m²)

k položce - 3.3.46: pro 2. dotaz

50 m je postačující, terčíky ano (pokud to rozpočet dovoluje)

k položce - 3.3.47:

terčíky pro odběr povýstřelových zplodin - 5 ks, zkumavky - 5 ks, pinzeta - 2 ks hladká, - 2 ks vroubkovaná, peán menší - 2 ks, zařízení pro odběr vzorků pevné látky a kapaliny po 1 ks, plastové pipety - 5 ks, skleněná pipeta (10 ml), sorpční terčíky - 5 ks, malé uzavíratelné plastové sáčky (např. 50x100 mm) - 10 ks – v každé ze dvou souprav.

k položce 3.3.48:

dvě sady papírových samolepících čísel 2x3 cm, čísla oboustranná plastová 8x10 cm - sada, čísla plastová oboustranná 10x16 - sada, čísla reflexní 0-9 , stojánek hrotový 10 ks, stojánek na čísla „L“ – 10 ks, měřítka bez kalibrace - plastové 30x60 černožluté skládací - 1 ks, trasologické oboustranné 30x15 cm – 2 ks, plastové oboustranné černožluté 30 cm – 2 ks, plastové fotomakro 5 cm, 10 cm - 1+1 ks.

Vzorky se opravdu nepožadují, předpokládá se možnost reklamace.

Žádost č. 2:

k položce 3.3.11

- vyhovuje svítidla švédské výroby? Tu lze dodat ve dvou variantách - 1. varianta svítidla + zdroj, 2. varianta svítidla+ zdroj+ přepravní kufr. Ceny jsou samozřejmě velmi rozdílné a tento typ svítidly je přibližně 5x dražší než je předpokládaný rozpočet. Rozpočet by tento typ >svítidly vyloučil. Lze podat návrh i nad předpokládaný rozpočet?

Jak budou posuzovány parametry specifikace jednotlivých nabídek?

k položce č. 3.3.36

figurína jako model oběti trestného činu je dle zadání požadována s nastavitelnými klouby. Cena takové figuríny je přibližně 100 000 Kč . Existují typy pohybovatelných figurín, které mají drátovou konstrukci a lze velice detailně nastavit jakoukoliv polohu včetně ohybu prstů na ruku. Nemají ale nastavitelné klouby, Cena je přibližně 20 000Kč . Prosím sdělte zda druhý uvedený typ figuríny by specifikaci zadání vyhovoval?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

3.3.11	Mobilní UV lampa	Jedná se o UV lampu bez kufru, samotná lampa byla již dostatečně vyspecifikována
3.3.36	Model oběti trestného činu	Figurína vyrobená z odolného vinylového materiálu, pohyblivé klouby, dospělá figurína pro nácvik záchranných technik o váze minimálně 75 kg

Žádost č. 3:

Položka	Název položky	Dotaz
3.3.11	mobilní UV lampa	Upřesnit fokusaci lampy , možné tři varianty 3000,8000 nebo 45000 uW/cm2 nebo použití lampy

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Položka	Název	Odpověď
3.3.11	mobilní UV lampa	Požadovaná fokusace lampy je 8000 uW/cm3

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám od zadavatele

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

- upravuje název položky č. 3.3.40 na **vyvíječ jódových par nebo jódové tyčinky**.


Na základě výše uvedených úprav zadavatel mění tyto lhůty:

- **lhůta pro podávání nabídek** tzn. ukončení příjmu vč. času **do 12.10.2010, v 9:00 hod.** (upravuje se a mění lhůta ve výzvě k podání nabídky)
- **lhůta pro předložení nabídky** končí dne **12.10.2010 v 9:00 hodin** (upravuje se a mění bod 9. zadávací dokumentace)

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE

Zájemce, který získal zadávací dokumentaci z webových stránek má povinnost odeslat zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu: lenka.hruzikova@fno.cz informaci o vyzvednutí zadávací dokumentace vč. uvedení identifikačních údajů zájemce pro registraci k odeslání případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

S pozdravem


Mgr. Lenka Hruzíková
vedoucí právního odboru