

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 15.12.2011

### **Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce C/11/624 Laboratorní technika**

Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce **C/11/624 Laboratorní technika**, vyhlášené dne 8.12.2011, tyto dodatečné informace:

#### Dotaz č.2:


Prosím o upřesnění a odpovědi na dotazy ve věci následující technické specifikace zakázky C/11/624:

#### 4.část VZ Systém pro měření obsahu kyslíku a pH v malých objemech kapalin

- Je přístroj určen i pro využití v terénních podmínkách nebo je určen pouze pro použití v laboratoři ?
- V technických podmínkách je u požadovaných specifikací uvedeno, že požadujete dodání přístroje s průměrem konce měřících sond max. 5 mm. Akceptujete nabídku, když průměr těla i konce sondy bude činit 15 mm? Jedná se o standardní rozměr měřících sond.

#### Odpověď na dotaz č.2:

- Přístroj je primárně určen pro laboratorní využití.
- Zadavatel bude akceptovat pouze nabídky, které dodrží požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci, tj. průměr konce měřících sond max. 5mm.



doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.  
děkan