

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 13.12.2011

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce C/11/624 Laboratorní technika

Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce **C/11/624 Laboratorní technika**, vyhlášené dne 8.12.2011, tyto dodatečné informace:

Dotaz č.1:

Prosím o upřesnění a odpovědi na dotaz ve věci následujících technických specifikací zakázky C/11/624:

1.část VZ Vortex

Je nutno dodržet v rámci technických specifikací uvedené maximální zatížení 0,8 kg ?
Všechny běžné vortexy mají maximální zatížení 0,5 kg.

7.část VZ Magnetická míchačka s ohřevem

Je nutno dodržet uvedený topný výkon 500 W ? Váš cenový limit je příliš nízký na to, aby se do něj vešel přístroj s vyšším výkonem jak 400 W.

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel bude akceptovat pouze nabídky, které dodrží požadované technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.



doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan