

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zadavatel připouští splnění výše uvedeného parametru kompresorovým inhalátorem, který produkuje částice o velikosti 3,0 um (MMAD).

- **Otázka č.2:**

„U položky č. 2 Inhalátor Kompresorový, je požadována cestovní taška nebo vak. Vzhledem k tomu, že tento inhalátor je větší kategorie, avšak disponuje úložným prostorem pro příslušenství přímo v těle přístroje, tak není již vybaven cestovní taškou či vakem, neboť je větší než std. malé inhalátory. Akceptoval by zadavatel kompresorový inhalátor splňující veškerou technickou specifikaci, ale bez cestovní tašky či vaku?“

Odpověď:

viz výše

Zadavatel bude akceptovat nabídku kompresorového inhalátoru bez cestovní tašky či vaku.

- Současně se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek veřejné zakázky**. Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 14. 8. 2012 do 10:00 hod. se prodlužuje do **24. 8. 2012 do 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **24. 8. 2012 ve 10:30 hod.** na kontaktní adrese zadavatele, na kontaktní adrese zadavatele, tj. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, budova A17, Kamenice 5, 625 00 Brno, v místnosti 305.

Ostatní zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek