

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva k podání nabídek – Dodatečné informace č. 5

Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) ¹	C12797 / VZ 232145
Název programu:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu	CZ.1.07/2.2.00/28.0198 CZ.1.07/2.2.00/28.0201 CZ.1.07/2.3.00/30.0022
Název projektu:	- Modernizace didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání - Inovace praktické výuky v kurikulu zubního lékařství - Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově
Název zakázky:	Laboratorní materiál
Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :	Dodávka
Datum vyhlášení zakázky:	23. 10. 2012
Název/ obchodní firma zadavatele:	Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo zadavatele:	Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)	doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. - děkan Tel.: 377 593 440 Email: Boris.Kreuzberg@lfp.cuni.cz
IČ zadavatele:	00216208
DIČ zadavatele:	CZ00216208
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):	Mgr. Adam Šoukal Tel: +420 377 593 488 adam.soukal@lfp.cuni.cz

¹ Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dotaz č. 1	Vážený pane magistře, mám na Vás opět několik dotazů v souvislosti s VŘ - laboratorní materiál, tentokrát jde o Dílčí plnění D2 - laboratorní reagentie: 1) <i>HPLC kolona - má být stacionární fáze kolony C18 endcappovaná nebo ne?</i> 2) <i>SPE kolony - bude akceptována nabídka SPE kolonek o maximálním objemu 3 ml s obsahem SCX sorbentu 200 mg?</i> 3) <i>HPLC termostat - je požadována kompatibilita s nějakým stávajícím HPLC systémem nebo jde o "stand-alone" zařízení?</i> Předem děkuji za brzkou odpověď.
Odpověď	1) ne 2) objem by měl být 1 ml 3) stand-alone

V Plzni dne 03. 12. 2012