

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118
FAX : +420 585 631 012
E-mail : veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne

Naše značka
359/VS/OVZ/2013Vyřizuje/Linka
Sovová/1118V Olomouci
03.07.2013Věc : **Dodatečná informace č. 2 k zadávací dokumentaci**

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka laboratorního spotřebního materiálu a drobných laboratorních přístrojů pro vybrané projekty OPVK II. etapa**“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 2:

1.) Otázka: Ve smlouvě čl. VII-Záruka je uvedeno „Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost § 429 ObchZ v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu, předávacího protokolu ale čl. II odst. 1 této smlouvy. Je možné v případě dodávky chemikálií nahradit odstavec textem:

„Záruční doba chemikálií se řídí typem chemikálie a je označena jako expirace na zboží nebo analytickém certifikátu pro danou výrobní šarži a je platná do doby otevření dané chemikálie. Zboží musí být po celou dobu skladováno za definovaných podmínek pro daný produkt. U chemikálií se stanovenou dobou expirace se dodavatel zavazuje dodat zboží s expirací minimálně 5 měsíců po dodání zboží. U výrobků s dobou expirace kratší než jeden rok od výroby sdělí společnost dobu expirace pro konkrétně dodávanou šarži na vyžádání zákazníka.

Odpověď: Ano, záruční dobu lze nahradit dobou expirace.

2.) Otázka: část 2 – ve specifikaci je uvedena Termostatová třepačka pro 2 96-jamkové titrační destičky, digitální nastavení-rozsah teplot +5 °C RT až 100°C, rozsah časování min. 1min-96 hod, rozsah rychlosti min. 250-1200rpm. Trváte na rozsahu teplot +5°C RT až 100°C? Nebyla by postačující horní hranice 60°C?

Odpověď: Zadavatel požaduje rozsah do 100°C pro termostatovanou třepačku zachovat.

S pozdravem

Mgr. Veronika Sovová
Oddělení veřejných zakázek