



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha C

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zdravotnické záznamové a vyšetřovací přístroje pro LF MU II

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. část VZ: Přístroj pro vyšetření stavu a průchodnosti cév

Přístroj pro vyšetření stavu a průchodnosti cév – cévní rigidita na základě měření pulsové vlny. Nutností je počítačově zpracovaný výstup, umožňující kvantifikované posuzování výše uvedeného parametru (vč. numerického výstupu)



evropský
sociální
fond v ČR



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2. část VZ: EKG, defibrilátor

Položka č.1 EKG přístroj

- Dvanácti kanálové EKG
- Dotykový barevný displej (minimální velikost 640 x 480) se zobrazením všech 12 svodů
- Napájení jak ze sítě, tak z akumulátoru (provoz akumulátoru minimálně 2 hodiny)
- Konfigurovatelné zobrazení svodů
- Automatický i manuální záznam křivek
- Zpětný záznam EKG
- Detekce kardiostimulátoru
- Paměť minimálně na 120 záznamů
- Záznam na termopapír šířky 210 mm
- Možnost připojení na klasickou laserovou tiskárnu- **přímo bez PC**
- Včetně přístrojového stolku

Položka č.2 Defibrilátor

- Přenosný
- Monofazický výboj
- Výboj 20 až 360 J
- Obsluha jednou osobou
- Postup uveden na defibrilátoru
- Defibrilační elektrody jsou pevně spojeny s přístrojem
- spouštění elektrického šoku na držadle elektrod
- automatické vybíjení nepoužité energie
- Napájení ze sítě



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
