



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Příloha C

**zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu**

**Zdravotnické záznamové a vyšetřovací přístroje pro LF MU III**

**TECHNICKÉ PODMÍNKY  
(technická specifikace)**

**Položka č.1 EKG přístroj**

- Dvanácti kanálové EKG
- Dotykový grafický displej se zobrazením všech 12 svodů
- Napájení jak ze sítě, tak z akumulátoru (provoz akumulátoru minimálně 2 hodiny)
- Konfigurovatelné zobrazení svodů
- Automatický i manuální záznam křivek
- Zpětný záznam EKG
- Detekce kardiostimulátoru
- Paměť minimálně na 120 záznamů
- Záznam na termopapír šířky 210 mm

**Položka č.2 Defibrilátor**

- Přenosný
- Monofazický výboj
- Provozní režim - Asynchronní
- Výboj 20 až 360 J
- Obsluha jednou osobou
- Postup uveden na defibrilátoru
- Defibrilační elektrody jsou pevně spojeny s přístrojem
- Napájení ze sítě



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

---