



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha C

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zdravotnické záznamové a vyšetřovací přístroje pro LF MU III

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Položka č.1 EKG přístroj

- Dvanácti kanálové EKG
- Dotykový grafický displej se zobrazením všech 12 svodů
- Napájení jak ze sítě, tak z akumulátoru (provoz akumulátoru minimálně 2 hodiny)
- Konfigurovatelné zobrazení svodů
- Automatický i manuální záznam křivek
- Zpětný záznam EKG
- Detekce kardiostimulátoru
- Paměť minimálně na 120 záznamů
- Záznam na termopapír šířky 210 mm

Položka č.2 Defibrilátor

- Přenosný
- **monofázický výboj, stupeň energie 20-360J/ bifázický výboj , stupeň energie 1-200J**
- Provozní režim - Asynchronní
- Výboj 20 až 360 J
- Obsluha jednou osobou
- Postup uveden na defibrilátoru
- Defibrilační elektrody jsou pevně spojeny s přístrojem
- Napájení ze sítě



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
