

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
REKTORÁT

Tel. : +420 585 631 118  
FAX : +420 585 631 012  
E-mail : veronika.sovova@upol.cz

Váš dopis/Ze dne

Naše značka  
653/VS/OVZ/2013Vyřizuje/Linka  
Sovová/1118V Olomouci  
22.10.2013Věc : **Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci**

K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávka laboratorního spotřebního materiálu, chemikálií a drobných laboratorních přístrojů pro projekt „BioNetwork“ II.**“ zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č. 1:

**1.) Otázka:** V 1. části zakázky máte v podrobné specifikaci např. Sterilní plastové lahve pro živočišné tkáňové kultury TPP, 75 cm<sup>2</sup>. Znamená to, že specifikujete konkrétní produkt jednoho výrobce?

**Odpověď:**

Existují jednoznačné důkazy, že typ použitého plastu může ovlivňovat výsledek experimentu. Na uvedení značky trváme, její odstranění by mohlo negativně ovlivňovat naše experimenty. Poptávaný materiál je určen pro práci s živými buněčnými liniemi, které se mohou chovat odlišně, pokud se použije plast jiných výrobců. Plasty obsahují radu chemikálií, které postupně uvolňují do kultivačního media a působí na kultivované buňky. Stačí stopové koncentrace některých chemikálií, aby buňky změnily své vlastnosti (adheze, komunikace, diferenciaci, proliferaci). V naší laboratoři dlouhodobě používáme materiál jednoho výrobce (TPP), abychom předešli nedefinovaným změnám při střídání značek plastu.

S pozdravem

Mgr. Veronika Sovová  
Oddělení veřejných zakázek