

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDĚM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Ing. Seinerová/6745

Pardubice
07. září 2009

Věc: Dodateční informace k veřejné zakázce:

„Dodávka termostatů s digitální kontrolou parametrů“

pro operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/07.139

sdělujeme všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, dodatečné údaje k zadávací dokumentaci na základě doručených požadavků dodavatelů:

Formulace dotazů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

V zadání výběrového řízení „Dodávka termostatů s digitální kontrolou parametrů“ chybí údaj o vnitřním objemu termostatu u položky termostat II, naopak údaj o max. příkonu je zde zcela irelevantní (nemá-li být výběrové řízení „ušito“ pro konkrétní produkt). V hodnotících kritériích se u položky termostat I píše o rotační aparatuře, která však není nikde v zadání specifikována. Dále mám dotaz zda se v zadání položky termostat I pod bodem „skleněné dveře“ myslí vnější prosklené dveře (tj. do termostatu je vidět) nebo zda se jedná o vnější plně dveře a za nimi pak prosklené dveře.

Odpověď č. 1:

Termostat I

Rotátor – je uveden jako další možné vybavení, pokud se vejde do výše cenové nabídky. Volba je ponechána zcela na dodavateli (pro ilustraci - použití mikrokumavek 1,5 – 2 ml, toto ale není podmínkou!).


Skleněné dveře preferenčně jako vnější, tak aby bylo do termostatu vidět. Druhá varianta (vnitřní skleněné a vnější plně) je také přípustná.

Termostat II.

Zadavatel požaduje objem komory ne nižší než 100 litrů.

Otázka č. 2:

Preferujete požadavek regulace na okolní teplotě s chlazením a vyšší cenou nebo regulaci 10°C nad okolní teplotě bez chlazení, ale s nižší cenou?



INVESTICE DO KOMBINOJE VZDELAVANI

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDĚM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Odpověď č. 2:

termostat s chlazením jako přídatná možnost, prvoplánově je požadován rozsah teplot od okolní (cca 25°C) až +40°C

Otázka č. 3:

U druhého termostatu chybí údaj o potřebné velikosti komory, prosíme doplnit.

Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje objem komory ne nižší než 100 litrů.

Otázka č. 4:

Preferujete požadavek max. příkon 0,3kW bez ventilátoru s horší regulací a nižší cenou nebo vyšší hodnotu příkonu s ventilátorem, ale s lepší regulací a vyšší cenou?

Odpověď č. 4:

Preferujeme regulaci s vyšším příkonem.

Zadavatel poskytuje odpovědi na otázky zájemců prostřednictvím e-mailu ve lhůtě stanovené zákonem, a to v pořadí, v jakém jsou dotazy zadavateli doručovány.

S pozdravem

Ing. Irena Seinerová
referát zadávacích řízení