



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 14.4.2010

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce Laboratorní přístroje pro PřF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/099 **Laboratorní přístroje pro PřF MU**, vyhlášené dne 6.4.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.1: v položkách 8-16 jsem narazil na určitou nesrovnalost. Automatický titrátor pro potenciometrické titrace nemá magnetické míchadlo opatřené pumpou, ani uzavřenou titrační nádobku s transportními hadičkami (položky 10 a 11). Titrace probíhá v libovolné otevřené kádince. Uzavřený systém je nutný jen pro titrační stanovení vody metodou Karla Fischera, což by znamenalo úplně jiný přístroj. Pod položkou č. 10 by tak měl být titrační stojan s míchačkou, ale BEZ PUMPY a položka č. 11 je bezpředmětná?
- Odpověď na dotaz č.1: V rámci čtvrté části veřejné zakázky poptáváme spolu s jiným vybavením také automatický titrátor s doplňky.
Upřesňující komentář k popisu položky č. 10 Titrační stojan s míchačkou a pumpou pro automatický titrátor:
jako vyhovující bude hodnocena každá nabídka, která naplní požadované funkce, tedy zajištění míchání titrovaného roztoku v kádince a možnost uchytit a ponořit elektrody do titrované směsi.
Zároveň upřesňujeme a doplňujeme popis položky č. 11: Titrační nádobka s hadicemi pro automatický titrátor
 - Otevřená titrační nádoba zhotovená z odolného borosilikátového skla
 - Přívodní hadičky z UV-nepropustného materiálu
 - Kompatibilní s poptávaným titrátorem

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan