




EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 19.4.2010

Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce Vybavení laboratoří pro projekty OP VK PŘF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/098 **Vybavení laboratoří pro projekty OP VK PŘF MU**, vyhlášené dne 6.4.2010, tyto **dodatečné informace**:

- Dotaz č.1: prosím o upřesnění technických specifikací položky čtvrté části zakázky, bod 2 vodní lázeň: víko k vodní lázni může být buď nerezové (neprůhledné) s odolností do teploty +100°C nebo plastové (průhledné) s odolností do teploty +80°C. Který je Vámi požadovaný typ?
- Dotaz č.2: ve druhé části VZ je položka minicentrifugy, jednotková cena s DPH 28 000 Kč. Je myšlena s rotorem a nebo bez (předpokládáný rotor 24x1,5/2,2 ml)?
- Odpověď na dotaz č.1: jako vyhovující budou zadavatelem akceptovány oba typy nabízeného zboží.
- Odpověď na dotaz č.2: zadavatel požaduje dodat minicentrifugy s rotory.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan