



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně 20.4.2010

Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce Laboratorní přístroje pro PřF MU

Zadavatel Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno sděluje k veřejné zakázce C/10/099 **Laboratorní přístroje pro PřF MU**, vyhlášené dne 6.4.2010, tyto dodatečné informace:

- Dotaz č.3: Prosím o upřesnění třetí části veřejné zakázky C/10/099. Poptáváte dvě membránové vývěvy, ale pouze jeden automatický regulátor vakua! Vývěva bez regulátoru, ale nebude funkční. Byli byste tak laskaví a sdělili, zda počet kusů v poptávce opravdu souhlasí a případně jej upravili spolu s odpovídají předpokládanou cenou?
- Odpověď na dotaz č.3: Počet kusů v poptávce souhlasí. V rámci třetí části veřejné zakázky poptáváme 2 kusy membránové chemické vývěvy a 1 kus automatického regulátoru vakua opatřeného digitálním tlakovým čidlem.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan