



EVROPSKÁ UNIE



Univerzita  
Pardubice

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika, telefon 466 036 111, www.uni-pardubice.cz

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky**

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu sdělujeme všem uchazečům o veřejnou zakázku s názvem:

#### **„Dodávka přístrojů a zařízení pro biologické laboratoře“**

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě doručených dotazů jednoho z uchazečů. Formulace dotazů je doslovně převzata.

Prosím o doplňující otázky k zadávací dokumentaci:

#### **Otázka č. 1:**

Dávkovač kapalin - elektronický nebo manuální ?

#### **Odpověď:**

Mechanický dávkovač.

#### **Otázka č. 2:**

Lednice - potřebujeme vědět objemy jednotlivých částí a jestli požadavek na dig. displej ?

#### **Odpověď:**

Displej není nutný, objem mrazničky minimálně 80 l, od toho se odvíjí objem chladničkové části.

#### **Otázka č. 3:**

pH metr stolní nebo přenosný ?

#### **Odpověď:**

Stolní.

#### **Otázka č. 4:**

Lázeň ultrazvuková - manuální nebo digitální?

#### **Odpověď:**

Digitální.

#### **Otázka č. 5:**

Magnetické míchadlo - jaký objem max. se bude míchat, nebo to má určit průměr 11 cm - jako průměr kádiny?

#### **Odpověď:**

11 cm myšlen průměr kruhové plotny míchadla.

#### **Otázka č. 6:**

Sušárna - má mít nucenou nebo přirozenou cirkulaci?

#### **Odpověď:**

Uvnitř s ventilátorem a ten zajistí přirozenou cirkulaci vzduchu.



Univerzita  
Pardubice

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND  
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


**Otázka č. 7:**

Analytické váhy - má být ověřitelná nebo jen s interní kalibrací?

**Odpověď:**

Interní kalibrace.

V Pardubicích 22.4.2010

  
Ing. Alena Tomolová  
referát zadávacích řízení