



Univerzita  
Pardubice

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky**

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu sdělujeme všem uchazečům o veřejnou zakázku s názvem:

### **„Dodávka přístrojů a zařízení pro biologické laboratoře“**

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě doručených dotazů jednoho z uchazečů. Formulace dotazů je doslovně převzata.

#### **Otázka č. 1:**

Programovatelný rotátor - můžeme nabídnout platformu 14x50 ml místo 8x50ml ?

#### **Odpověď:**

Ano.

#### **Otázka č. 2:**

pH metr - můžeme nabídnout pH metr již včetně pH elektrody (nemá DIN konektor) a teplotní sondy (zvlášť)?

#### **Odpověď:**

Ano, teplotní sonda by měla být také součástí dodávky a nabídkové ceny.

#### **Otázka č. 3:**

Samostatné elektrody, které jsou v požadavcích - musí být kompatibilní s nabízeným pH metrem?

#### **Odpověď:**

Ano.

Zároveň opravujeme odpověď č. 6 z dodatečných informací I z 22.4.2010

#### **Otázka č. 6:**

Sušárna - má mít nucenou nebo přirozenou cirkulaci?

#### **Odpověď:**

Uvnitř s ventilátorem a ten zajistí nucenou cirkulaci vzduchu.

V Pardubicích 23.4.2010

Ing. Alena Tomolová  
referát zadávacích řízení