



Univerzita
Pardubice

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu sdělujeme všem uchazečům o veřejnou zakázku s názvem:

„Dodávka zařízení pro biochemické a biologické laboratoře“

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě doručeného požadavku jednoho z uchazečů.

Formulace dotazu je doslovně převzata.

Otázka č. 1:

Jaké jsou parametry RCF (x g) nebo RPM (otáčky/min) pro jednotlivé zkumavky (15ml, 1,5ml) a destičky? Omlouvám se, ale pojem „středněotáčkové“ je příliš univerzální a lehce by se mohlo stát, že vybrané centrifugy by později nevyhovovaly uživatelským požadavkům.

Odpověď:

15ml zkumavky - 6 000 ot/min, 1,5ml zkumavky - 15 000 ot/min, destičky - 4 000 ot/min, tzn. do 15 000 ot/min.


Otázka č. 2:

Jaké dno budou mít 15ml zkumavky? Může být kulaté, konické nebo konické s lemem (rovné). Dle toho se odlišují adaptéry.

Odpověď:

Kulaté dno 15ml zkumavek (bez lemu).

V Pardubicích 21.10.2009


Ing. Alena Tomolová
referát zadávacích řízení