



Univerzita  
Pardubice

INVESTICE DO KVALIFIKACE ZDOPRAVY  
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu sdělujeme všem uchazečům o veřejnou zakázku s názvem:

**„Dodávka zařízení pro biochemické a biologické laboratoře“**

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě doručeného požadavku jednoho z uchazečů.

Formulace dotazu je doslovně převzata.

### Otázka č. 1:

Ze zadání není úplně zřejmá velikost, resp. kapacita centrifug pro stáčení zkumavek a mikrozkušavek. Jaké počty zkumavek a mikrozkušavek se mají do centrifugy najednou vejít, prosím?

Centrifugy zpravidla mají v nabídce řadu rotorů, např. rotor pro 12, 24, 30 ks mikrozkušavek, které se liší otáčkami, kapacitou a cenou. Obdobně u zkumavek lze nabídnout modely pro 16, 28, 42... zkumavek najednou.

### Odpověď:

rotory pro mikrozkušavky: 24 ks

rotory pro zkumavky: 16 ks

### Otázka č. 2:


V zadání je uvedeno, že poptáváte 2 centrifugy a rotory pro zkumavky, mikrozkušavky a destičky. Má mít každá ze dvou centrifug vybavení/rotory pro všechno? Nebo obě centrifugy dohromady mají umět výše uvedené, prosím? Omlouvám se možná za hloupý dotaz, ale je rozdíl, pakliže budou nabízeny 2 centrifugy dohromady se 6 rotory (každá bude mít své 3 rotory) nebo jen se 3 rotory (jedna bude určená např. na destičky, druhá na mikrozkušavky a zkumavky). Rozdíl v ceně obou variant bude poměrně významný.

Omlouvám se, ale ze zadání toto jednoznačně nevyplývá.

### Odpověď:

Obě centrifugy dohromady mají umět stáčet zkumavky, mikrozkušavky a destičky (tzn. nechceme 3 rotory pro každou centrifugu).

V Pardubicích 16.10.2009

  
Ing. Alena Tomolová  
referát zadávacích řízení