

PŘÍSTROJOVÝ DENÍK 2013

Přístroj: Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3
Evidenční číslo: 5000010

Využití přístroje pro výzkumné a komerční účely

	Výzkum [h]	Komerce [h]	Výzkum [%]	Komerce [%]
Leden	179,7	143,2	56	44
Únor	190,9	124,3	61	39
Březen	221,6	119,0	65	35
Duben	206,3	144,5	65	41
Květen	189,5	94,7	67	33
Červen	149,9	64,9	70	30
Červenec	132,0	97,3	58	42
Srpen	194,6	121,8	61	39
Září	151,9	140,2	52	48
Říjen	188,3	139,2	58	42
Listopad	0,0	0,0	#####	0
Prosinec	0,0	0,0	#####	#####
Celkem	1804,7	1188,9	60	40

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Leden

Přehled využití přístroje										
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
2.1.13	6:50	8:50	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	8:50	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		15,1				
3.1.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
4.1.13	0:00	11:00	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		11,0				
7.1.13	7:00	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		16,9				
8.1.13	0:00	14:00	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		14,0				
10.1.13	6:50	14:10	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		7,3				
14.1.13	6:50	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		17,1				
15.1.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
16.1.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
17.1.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
18.1.13	0:00	10:30	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		10,5				
21.1.13	6:50	8:50	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	8:50	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	15,1					
22.1.13	0:00	8:30	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		8,5				
23.1.13	7:00	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		16,9				
24.1.13	0:00	14:30	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		14,5				
28.1.13	6:50	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	17,1					
29.1.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
30.1.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
31.1.13	0:00	11:20	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		11,3				
			Celkem [h]		179,7	143,2				
			% využití		56	44				

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Únor

Přehled využití přístroje

Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
4.2.13	6:40	8:40	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	8:40	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		15,3				
5.2.13	0:00	10:10	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		10,2				
7.2.13	6:50	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		17,1				
8.2.13	0:00	13:00	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	13,0					
11.2.13	6:30	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		17,4				
12.2.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
13.2.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
14.2.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
15.2.13	0:00	14:30	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		14,5				
19.2.13	6:30	8:30	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	8:30	23:55	7421388	Monitorování surovin pro etylenovou jednotku		15,4				
20.2.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
21.2.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
22.2.13	0:00	13:00	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	13,0					
25.2.13	6:30	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	17,4					
26.2.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9					
27.2.13	0:00	23:55	7421388	Analýza Rafinátu II a dalších alternativních surovin pro pyrolýzu		23,9				
28.2.13	0:00	10:30	7421388	Analýza Rafinátu II a dalších alternativních surovin pro pyrolýzu		10,5				
			Celkem [h]		190,9	124,3				
			% využití		61	39				

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumně vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Březen

Přehled využití přístroje								
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje
1.3.13	6:40	14:00	7421388	Monitorování surovin pro ethylenovou jednotku		7,3		
4.3.13	6:30	8:30	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0			
	8:30	23:55	7421388	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	15,4			
5.3.13	0:00	23:55	7013071	Analýza Rafinátu II	23,9			
6.3.13	0:00	23:55	7013071	Analýza Rafinátu II	23,9			
7.3.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9			
8.3.13	0:00	11:00	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	11,0			
11.3.13	6:30	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	17,4			
12.3.13	0:00	23:55	7421388	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9			
13.3.13	0:00	11:00	7421388	Monitorování surovin pro ethylenovou jednotku		11,0		
18.3.13	6:30	8:30	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0			
	8:30	23:55	7421388	Analýzy destilačních řezů prim. Benzinu		15,4		
19.3.13	0:00	23:55	7421388	Analýzy destilačních řezů prim. Benzinu		23,9		
20.3.13	0:00	23:55	7421388	Analýzy destilačních řezů prim. Benzinu		23,9		
21.3.13	0:00	23:55	7421388	Monitorování surovin pro ethylenovou jednotku		23,9		
22.3.13	0:00	13:00	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	13,0			
26.3.13	6:40	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	17,3			
27.3.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9			
28.3.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy primárních benzinů pro pyrolýzu	23,9			
29.3.13	0:00	13:30	7421388	Monitorování surovin pro ethylenovou jednotku		13,5		
			Celkem [h]		221,6	119,0		
			% využití		65	35		

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník			Rok 2013
Vedoucí pracoviště			Měsíc Duben

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
2.4.13	8:00	10:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
	10:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	13,9				
3.4.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
4.4.13	0:00	14:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		14,0			
5.4.13	6:40	14:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		7,3			
8.4.13	6:30	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		17,4			
9.4.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
10.4.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
11.4.13	0:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		23,9			
12.4.13	0:00	12:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		12,0			
15.4.13	6:30	8:30	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
	8:30	14:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		6,0			
16.4.13	6:30	13:00	7013071	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		6,5			
17.4.13	13:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	10,9				
18.4.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
19.4.13	0:00	14:00	7013071	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		14,0			
22.4.13	12:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		11,9			
23.4.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
24.4.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
25.4.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
26.4.13	0:00	10:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	10,0				
29.4.13	6:30	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		17,4			
30.4.13	0:00	14:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolyzu		14,0			
			Celkem [h]		206,3	144,5			
			% využití		59	41			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Květen

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
2.5.13	6:30	8:30	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
	8:30	23:55	7421388	Analýza směsných benzínů, primárních benzínů a alternativních surovin pro pyrolýzu		15,4			
3.5.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzínů, primárních benzínů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0			
6.5.13	7:30	23:55	7421388	Analýza směsných benzínů, primárních benzínů a alternativních surovin pro pyrolýzu		16,4			
7.5.13	0:00	14:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	14,0				
9.5.13	6:30	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	17,4				
10.5.13	0:00	9:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	9,0				
13.5.13	6:30	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	17,4				
14.5.13	0:00	9:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	9,0				
15.5.13	6:30	9:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	2,5				
16.5.13	6:30	8:30	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
		15:00	7421388	Analýza směsných benzínů, primárních benzínů a alternativních surovin pro pyrolýzu		15,0			
20.5.13	10:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzínů, primárních benzínů a alternativních surovin pro pyrolýzu		13,9			
21.5.13	0:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzínů, primárních benzínů a alternativních surovin pro pyrolýzu		23,9			
22.5.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
23.5.13	0:00	14:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	14,0				
27.5.13	8:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	15,9				
28.5.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
29.5.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
30.5.13	0:00	9:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	9,0				
31.5.13	6:30	12:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	5,5				
			Celkem [h]		189,5	94,7			
			% využití		67	33			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumně vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Červen

Přehled využití přístroje

Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)	Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
3.6.13	9:00	23:55	7421388 Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		14,9				
4.6.13	0:00	23:55	7013071 Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
5.6.13	0:00	23:55	7013071 Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
6.6.13	0:00	23:55	7013071 Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
7.6.13	0:00	9:00	7421388 Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		9,0				
10.6.13	11:00	23:55	7013071 Analýzy uhlovodíkových směsí	12,9					
11.6.13	0:00	23:55	7013071 Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
12.6.13	0:00	9:00	7421388 Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		9,0				
13.6.13	7:30	15:30	7421388 Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		8,0				
17.6.13	10:00	15:00	7421388 Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		5,0				
20.6.13	8:00	23:55	7013071 Analýzy uhlovodíkových směsí	15,9					
21.6.13	0:00	9:00	7421388 Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		9,0				
24.6.13	9:00	23:55	7013071 Analýzy uhlovodíkových směsí	14,9					
25.6.13	0:00	10:00	7421388 Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0				
25.6.13	10:00	14:30	7421320 Analýza C5 frakce	4,5					
27.6.13	8:00	14:00	7421320 Analýza C5 frakce	6,0					
			Celkem [h]	149,9	64,9				
			% využití	70	30				

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumně vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Červenec

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
2.7.13	7:30	9:30	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
2.7.13	9:30	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		14,4			
3.7.13	0:00	14:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	14,0				
8.7.13	7:30	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		16,4			
9.7.13	0:00	13:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		13,0			
11.7.13	12:00	19:00	7421320	Analýza C5 frakce	7,0				
11.7.13	19:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	4,9				
12.7.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0			
15.7.13	9:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	14,9				
16.7.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0			
17.7.13	7:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	16,9				
18.7.13	0:00	10:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,5			
22.7.13	7:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	16,9				
23.7.13	0:00	2:45	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	2,8				
23.7.13	2:45	9:00	7013071	Analýza destilačních frakcí	6,3				
23.7.13	9:00	13:30	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	4,5				
23.7.13	13:30	23:55	7013071	Analýza destilačních frakcí	10,4				
24.7.13	0:00	11:00	7013071	Analýza destilačních frakcí	11,0				
24.7.13	11:00	15:20	T04-2313403	Analýza granulárního benzínu CHEZACARB - NAPAR		4,3			
24.7.13	15:20	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		8,6			
25.7.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0			
30.7.13	13:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	10,9				
31.7.13	0:00	9:30	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	9,5				
			Celkem [h]		132,0	97,3			
			% využití		58	42			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Srpen

Přehled využití přístroje

Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
5.8.13	7:00	9:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	9:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		14,9				
6.8.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0				
7.8.13	13:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	10,9					
8.8.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
9.8.13	0:00	10:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	10,0					
12.8.13	12:30	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		11,4				
13.8.13	0:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		23,9				
14.8.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
15.8.13	0:00	11:30	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	11,5					
19.8.13	12:00	14:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	14:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	9,9					
20.8.13	0:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		23,9				
21.8.13	0:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		23,9				
22.8.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
23.8.13	0:00	11:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	11,0					
26.8.13	7:30	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	16,4					
27.8.13	0:00	1:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		1,5				
27.8.13	1:30	11:40	7013071	Kyslíkaté látky v benzínech	10,2					
27.8.13	11:40	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		12,3				
28.8.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
29.8.13	0:00	15:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	15,0					
			Celkem [h]		194,6	121,8				
			% využití		61	39				

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumně vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Září

Přehled využití přístroje										
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
2.9.13	8:00	10:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	10:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		13,9				
3.9.13	0:00	14:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	14,0					
4.9.13	11:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		12,9				
5.9.13	0:00	17:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	17,0					
5.9.13	17:00	19:00	T04-2313403	Analýza granulčního benzínu CHEZAKARB - NAPAR		2,0				
6.9.13	0:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		23,9				
9.9.13	8:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		2,0				
10.9.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
11.9.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0				
12.9.13	6:00	8:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	8:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	15,9					
13.9.13	0:00	10:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,5				
16.9.13	9:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	14,9					
17.9.13	0:00	11:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		11,0				
17.9.13	11:00	23:55	7013071	Kyslíkaté látky v benzínech	12,9					
18.9.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9					
19.9.13	0:00	11:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		11,0				
23.9.13	10:00	12:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0					
	12:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	11,9					
24.9.13	0:00	12:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		12,5				
25.9.13	11:00	18:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		7,0				
25.9.13	18:00	23:55	7013071	Kyslíkaté látky v benzínech	5,9					
26.9.13	0:00	11:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		11,5				
27.9.13	8:00	13:30	7013071	Kyslíkaté látky v benzínech	5,5					
30.9.13	12:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		11,9				
			Celkem [h]		151,9	140,2				
			% využití		52	48				

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém č. 3		
Evidenční číslo	5000010		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Říjen

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
1.10.13	0:00	11:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		11,0			
3.10.13	10:00	12:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
	12:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	11,9				
4.10.13	0:00	9:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		9,5			
7.10.13	11:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		12,9			
8.10.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
9.10.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0			
9.10.13	10:00	16:00	7421320	Analýzy C5 frakce	6,0				
9.10.13	16:00	18:00	T04-2313403	Analýza granulárního benzínu CHEZAKARB - NAPAR		2,0			
10.10.13	0:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		23,9			
11.10.13	0:00	10:30	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,5			
14.10.13	7:00	9:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
	9:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	14,9				
15.10.13	0:00	9:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		9,0			
15.10.13	9:00	23:55	7421320	Analýzy C5 frakce	14,9				
16.10.13	0:00	12:00	7421320	Analýzy C5 frakce	12,0				
16.10.13	12:00	14:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
	14:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		9,9			
17.10.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
18.10.13	0:00	11:00	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	11,0				
21.10.13	8:00	23:55	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		15,9			
22.10.13	0:00	10:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		10,0			
23.10.13	8:00	15:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		7,0			
24.10.13	6:30	14:00	7421388	Analýza směsných benzinů, primárních benzinů a alternativních surovin pro pyrolýzu		7,5			
29.10.13	8:00	10:00	2313510	Testování separační účinnosti kolony	2,0				
	10:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	13,9				
30.10.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
31.10.13	0:00	23:55	7013071	Analýzy uhlovodíkových směsí	23,9				
			Celkem [h]		188,3	139,2			
			% využití		58	42			

Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)	Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
			Celkem [h]	0,0	0,0				
			% využití	#####	#####				

PŘÍSTROJOVÝ DENÍK

2013

Přístroj: Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4
Evidenční číslo: 5000002

Využití přístroje pro výzkumné a komerční účely

	Výzkum [h]	Komerce [h]	Výzkum [%]	Komerce [%]
Leden	33,7	14,4	70	30
Únor	21,4	17,0	56	44
Březen	40,7	37,1	52	48
Duben	58,3	46,7	55	45
Květen	77,4	63,8	55	45
Červen	52,8	46,0	53	47
Červenec	120,0	37,4	76	24
Srpen	56,4	47,0	55	45
Září	142,7	65,7	68	32
Říjen	79,6	58,9	57	43
Listopad	0,0	0,0	0	0
Prosinec	0,0	0,0	0	0
Celkem	682,8	434,0	61	39

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Leden

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
5.1.13	9:43	11:50	7013071	vzorky (LPYBI)	2,1				
5.1.13	12:36	14:40	2313510	kontrola přístroje, kolony	2,1				
7.1.13	7:43	11:35	2313510	kontrola přístroje, kolony	3,9				
7.1.13	12:30	19:00	V01_2313403	vzorek (odpadní voda)		6,5			
9.1.13	7:48	10:00	7013071	vzorky (LPYBI)	2,2				
10.1.13	10:19	12:20	7013071	vzorky (LPYBI)	2,0				
14.1.13	9:18	11:35	2313510	kontrola přístroje, kolony	2,3				
15.1.13	9:51	12:00	7013071	vzorky (LPYBI)	2,2				
15.1.13	12:51	15:30	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,7			
18.1.13	8:50	10:50	7013071	vzorky (LPYBI)	2,0				
21.1.13	14:02	16:50	2313510	kontrola přístroje, kolony	2,8				
24.1.13	8:17	12:20	7013071	vzorky (LPYBI)	4,1				
28.1.13	9:39	12:00	2313510	kontrola přístroje, kolony	2,4				
29.1.13	9:51	12:50	7013071	vzorky (LPYBI)	3,0				
29.1.13	12:59	15:30	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,5			
31.1.13	13:53	16:40	7013071	vzorky (LPYBI)	2,8				
31.1.13	16:47	19:30	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,7			
			Celkem [h]		33,7	14,4			
			% využití		70	30			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Únor

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
5.2.13	9:43	11:50	7013071	vzorky (LPYBI)	2,1				
5.2.13	12:00	13:55	2313510	kontrola přístroje, kolony	1,9				
6.2.13	7:48	10:15	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,5			
11.2.13	7:11	15:35	2313510	kontrola přístroje, kolony	8,4				
12.2.13	9:35	14:30	T01-2313403	vzorky		4,9			
13.2.13	11:12	13:30	7013071	vzorky (LPYBI)	2,3				
14.2.13	16:32	18:35	7013071	vzorky (LPYBI)	2,1				
14.2.13	19:26	22:00	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,6			
19.2.13	13:20	15:35	7013071	vzorky (LPYBI)	2,3				
19.2.13	16:15	18:50	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,6			
20.2.13	13:30	18:00	T01-2313403	vzorky		4,5			
22.2.13	8:54	11:15	7013071	vzorky (LPYBI)	2,4				
			Celkem [h]		21,4	17,0			
			% využití		56	44			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, RID/FID, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Březen

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student-řešitel/spolupracovník grantu/projektu/zakázky
1.3.13	8:10	13:43	T01-2313403	vzorky		5,6			
5.3.13	7:12	11:04	7013071	vzorky (LPYBI)	3,9				
5.3.13	11:04	15:53	2313510	kontrola přístroje, kolony	4,8				
5.3.13	13:36	16:05	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,5			
7.3.13	8:08	12:06	7013071	vzorky (LPYBI)	4,0				
7.3.13	12:06	14:35	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,5			
12.3.13	8:40	15:10	7013071	vzorky (LPYBI)	6,5				
12.3.13	15:17	19:20	T02-2313403	vzorky (PYBI)		4,1			
12.3.13	19:26	22:00	2313510	kontrola přístroje, kolony	2,6				
18.3.13	7:45	12:53	7013071	vzorky (LPYBI)	5,1				
19.3.13	6:30	10:00	7013071	vzorky (LPYBI)	3,5				
19.3.13	10:00	13:40	T02-2313403	vzorky (PYBI)		3,7			
21.3.13	10:20	11:40	V01-2013	Odpadní vody		1,3			
21.3.13	11:44	14:00	7013071	vzorky (LPYBI)	2,3				
22.3.13	8:12	11:15	T02-2313403	vzorky (PYBI)		3,1			
22.3.13	11:22	13:11	V01-2013	Odpadní vody		1,8			
25.3.13	7:09	10:04	V01-2013	Odpadní vody		2,9			
26.3.13	13:55	16:00	7013071	vzorky (LPYBI)	2,1				
27.3.13	7:19	9:20	2313510	kontrola přístroje, kolony	2,0				
27.3.13	13:26	23:10	T01-2313403	vzorky		9,7			
28.3.13	8:00	12:00	7013071	vzorky (LPYBI)	4,0				
			Celkem [h]		40,7	37,1			
			% využití		52	48			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Duben

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
2.4.13	10:26	11:59	2313510	kontrola přístroje, kolony	1,6				
2.4.13	11:30	13:50	7013071	vzorky (LPYBI)	2,3				
2.4.13	14:04	16:30	T02-2313403	vzorky		2,4			
4.4.13	9:08	9:45	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
4.4.13	12:00	12:35	7013071	vzorky (LPYBI)	0,6				
9.4.13	7:16	7:50	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
9.4.13	8:34	10:35	7013071	vzorky (LPYBI)	2,0				
9.4.13	10:41	18:20	T02-2313403	vzorky		7,7			
11.4.13	6:32	7:50	2313510	kontrola přístroje, kolony	1,3				
11.4.13	8:08	10:00	7013071	vzorky (LPYBI)	1,9				
11.4.13	10:14	15:30	T02-2313403	vzorky		5,3			
11.4.13	15:36	16:10	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
11.4.13	16:33	22:14	T01-2313403	vzorky		5,7			
16.4.13	6:55	7:40	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,8				
16.4.13	7:53	10:43	7013071	vzorky (LPYBI)	2,8				
16.4.13	10:48	13:11	T02-2313403	vzorky		2,4			
17.4.13	13:57	14:44	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,8				
17.4.13	14:55	22:10	T02-2313403	vzorky		7,3			
18.4.13	6:58	7:35	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
18.4.13	7:48	9:50	7013071	vzorky (LPYBI)	2,0				
18.4.13	10:04	18:15	7013071	vzorky (LPYBI)	8,2				
22.4.13	8:00	9:19	2313510	kontrola přístroje, kolony	1,3				
22.4.13	10:15	15:51	2313510	vzorky	5,6				
23.4.13	8:28	9:05	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
23.4.13	9:20	11:25	7013071	vzorky (LPYBI)	2,1				
23.4.13	13:46	21:20	7013071	vzorky (LPYBI)	7,6				
23.4.13	21:30	0:00	2313510	kontrola přístroje, kolony	2,5				
25.4.13	6:39	7:15	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
25.4.13	7:56	12:40	7013071	vzorky (LPYBI)	4,7				
25.4.13	13:40	14:15	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
25.4.13	14:29	21:50	T02-2313403	vzorky		7,4			
25.4.13	22:05	22:40	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
25.4.13	22:54	24:00:00	2313510	kontrola přístroje, kolony	1,1				
26.4.13	1:01	1:40	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,7				
30.4.13	8:00	8:40	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,7				
30.4.13	8:59	10:50	7013071	vzorky (LPYBI)	1,9				
30.4.13	10:55	11:30	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
30.4.13	14:06	21:15	T02-2313403	vzorky		7,2			
30.4.13	21:37	22:15	2313510	kontrola přístroje, kolony	0,6				
30.4.13	22:26	0:00	T01-2313403	vzorky		1,6			
				Celkem [h]	58,3	46,7			
				% využití	55	45			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Květen

Přehled využití přístroje										
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
1.5.13	0:01	3:00	T01-2313403	vzorky		3,0				
1.5.13	3:33	4:10	2313510	kontrola kolony	0,6					
2.5.13	6:30	7:15	2313510	kontrola kolony	0,8					
2.5.13	7:16	10:15	7013071	vzorky (LPYBI)	3,0					
7.5.13	7:56	8:46	2313510	kontrola kolony	0,8					
7.5.13	8:50	10:50	7013071	vzorky (LPYBI)	2,0					
7.5.13	10:51	13:20	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,5				
9.5.13	6:57	7:36	2313510	kontrola kolony	0,6					
9.5.13	7:40	12:40	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,0				
9.5.13	13:15	13:50	2313510	kontrola kolony	0,6					
9.5.13	13:51	21:50	2313510	PBI(vzorky)	8,0					
9.5.13	21:56	22:35	2313510	kontrola kolony	0,7					
10.5.13	7:30	9:20	7013071	vzorky (LPYBI)	1,8					
15.5.13	7:20	7:50	2313510	kontrola kolony	0,5					
15.5.13	7:53	10:35	7013071	vzorky (LPYBI)	2,7					
15.5.13	10:40	12:55	2313510	kontrola metody (QA 652)	2,3					
15.5.13	13:10	23:59	2313510	kontrola metody (QA 652)	10,8					
16.5.13	0:01	7:15	2313510	kontrola metody (QA 652)	7,2					
16.5.13	7:20	8:15	2313510	kontrola kolony	0,9					
16.5.13	8:16	10:35	7013071	vzorky (LPYBI)	2,3					
16.5.13	10:36	19:00	T02-2313403	vzorky (PYBI)		8,4				
16.5.13	19:05	19:30	2313510	kontrola kolony	0,4					
16.5.13	19:50	0:00	V01-2313403	odpadní vody (vzorky)		4,2				
17.5.13	0:01	7:15	V01-2313403	odpadní vody (vzorky)		7,2				
21.5.13	15:06	15:45	2313510	kontrola kolony	0,7					
21.5.13	15:50	18:50	7013071	vzorky (LPYBI)	3,0					
21.5.13	18:51	19:30	2313510	kontrola kolony	0,6					
21.5.13	19:35	23:59	T02-2313403	vzorky (PYBI)		4,4				
22.5.13	0:01	4:25	T02-2313403	vzorky (PYBI)		4,4				
22.5.13	13:05	17:25	V01-2313403	odpadní vody (vzorky)		4,3				
23.5.13	7:50	8:50	2313510	kontrola kolony	1,0					
23.5.13	8:55	12:40	7013071	vzorky (LPYBI)	3,8					
23.5.13	12:42	13:20	2313510	kontrola kolony	0,6					
23.5.13	13:22	16:00	7013071	vzorky (LPYBI)	2,6					
23.5.13	16:00	16:40	2313510	kontrola kolony	0,7					
23.5.13	16:42	22:40	T01-2313403	vzorky		6,0				
24.5.13	8:40	9:15	2313510	kontrola kolony	0,6					
24.5.13	9:17	15:35	2313510	kontrola metody (QA 652)	6,3					
28.5.13	6:55	8:30	2313510	kontrola kolony	1,6					
28.5.13	8:31	13:25	7013071	vzorky (LPYBI)	4,9					
28.5.13	13:26	14:05	2313510	kontrola kolony	0,7					
28.5.13	14:10	21:55	T02-2313403	vzorky (PYBI)		7,8				
28.5.13	21:55	22:35	2313510	kontrola kolony	0,7					
30.5.13	7:10	7:55	2313510	kontrola kolony	0,8					
30.5.13	8:10	11:05	7013071	vzorky (LPYBI)	2,9					
30.5.13	11:30	18:10	T01-2313403	vzorky		6,7				
			Celkem [h]		77,4	63,8				
			% využití		55	45				

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník			Rok 2013
Vedoucí pracoviště			Měsíc Červen

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
3.6.13	7:10	7:45	2313510	kontrola kolony	0,6				
3.6.13	7:50	9:50	2313510	kontrola metody (QA 652)	2,0				
3.6.13	10:10	12:05	2313510	kontrola metody (QA 652)	1,9				
6.6.13	7:10	7:45	2313510	kontrola kolony	0,6				
6.6.13	8:15	9:45	T04-2313403	vývoj metody (vzorky)		1,5			
6.6.13	9:50	10:30	2313510	kontrola kolony	0,7				
6.6.13	10:31	13:10	T04-2313403	vývoj metody (vzorky)		2,7			
6.6.13	13:12	13:50	2313510	kontrola kolony	0,6				
6.6.13	13:54	16:55	7013071	vzorky (LPYBI)	3,0				
6.6.13	16:57	17:35	2313510	kontrola kolony	0,6				
6.6.13	17:40	23:59	T02-2313403	vzorky (PYBI)		6,3			
7.6.13	0:01	1:45	T02-2313403	vzorky (PYBI)		1,7			
7.6.13	1:50	2:25	2313510	kontrola kolony	0,6				
7.6.13	9:00	9:35	2313510	kontrola kolony	0,6				
7.6.13	9:40	11:45	T01-2313403	vzorky		2,1			
7.6.13	11:50	12:25	2313510	kontrola kolony	0,6				
11.6.13	6:40	7:20	2313510	kontrola kolony	0,7				
11.6.13	7:45	9:50	7013071	vzorky (LPYBI)	2,1				
11.6.13	9:55	17:45	T02-2313403	vzorky (PYBI)		7,8			
11.6.13	17:50	18:25	2313510	kontrola kolony	0,6				
13.6.13	6:45	7:20	2313510	kontrola kolony	0,6				
13.6.13	7:25	9:40	7013071	vzorky (LPYBI)	2,3				
13.6.13	9:45	12:15	7013071	vzorky (LPYBI)	2,5				
13.6.13	13:35	14:10	2313510	kontrola kolony	0,6				
13.6.13	14:15	19:25	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,2			
13.6.13	20:10	23:59	7013071	vývoj metody (vzorky)	3,8				
14.6.13	0:01	2:05	7013071	vývoj metody (vzorky)	2,1				
14.6.13	2:05	3:25	2313510	kontrola kolony	1,3				
18.6.13	7:05	7:40	2313510	kontrola kolony	0,6				
18.6.13	7:40	12:10	7013071	vzorky (LPYBI)	4,5				
18.6.13	12:10	12:50	2313510	kontrola kolony	0,7				
18.6.13	12:55	18:05	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,2			
18.6.13	18:10	18:50	2313510	kontrola kolony	0,7				
20.6.13	7:25	7:55	2313510	kontrola kolony	0,5				
20.6.13	8:00	10:55	7013071	vzorky (LPYBI)	2,9				
20.6.13	13:40	16:20	V01-2313403	odpadní voda (vzorky)		2,7			
20.6.13	16:20	17:00	2313510	kontrola kolony	0,7				
20.6.13	17:05	23:00	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,9			
20.6.13	23:00	23:40	2313510	kontrola kolony	0,7				
25.6.13	6:55	7:35	2313510	kontrola kolony	0,7				
25.6.13	8:10	12:45	7013071	vzorky (LPYBI)	4,6				
25.6.13	12:50	17:30	2313510	kontrola kolony a metody	4,7				
27.6.13	8:45	11:00	7013071	vzorky (LPYBI)	2,3				
27.6.13	14:10	14:45	2313510	kontrola kolony a metody	0,6				
27.6.13	14:50	19:50	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,0			
27.6.13	19:55	20:30	2313510	kontrola kolony a metody	0,6				
			Celkem [h]		52,8	46,0			
			% využití		53	47			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Červenec

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
2.7.13	7:16	9:04	2313510	kontrola kolony	1,8				
2.7.13	9:05	14:44	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		5,7			
2.7.13	14:45	23:03	T02-2313403	vzorky (PYBI)		8,3			
8.7.13	6:41	9:22	2313510	kontrola kolony	2,7				
8.7.13	9:23	12:56	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		3,6			
8.7.13	12:57	21:26	T02-2313403	vzorky (PYBI)		8,5			
10.7.13	11:18	11:58	2313510	kontrola kolony					
10.7.13	12:00	23:59	2313510	vývoj metody	12,0				
11.7.13	0:01	15:21	2313510	vývoj metody	15,3				
12.7.13	6:44	10:16	2313510	čištění kolony	3,5				
15.7.13	9:21	23:59	2313510	vývoj metody	14,6				
16.7.13	0:01	23:59	2313510	vývoj metody	24,0				
17.7.13	0:01	8:08	2313510	vývoj metody	8,1				
17.7.13	8:51	10:12	2313510	čištění kolony					
17.7.13	11:13	16:54	T04-2313403	Odpadní vody		5,7			
17.7.13	17:16	23:59	2313510	vývoj metody	6,7				
18.7.13	0:01	23:59	2313510	vývoj metody	24,0				
19.7.13	0:01	5:58	2313510	vývoj metody	6,0				
29.7.13	10:00	10:37	2313510	čištění kolony	0,6				
30.7.13	8:47	10:37	7421390	GUMI OIL -identifikace		1,8			
31.7.13	7:30	8:11	2313510	čištění kolony	0,7				
31.7.13	8:12	12:07	7421390	GUMI OIL -identifikace		3,9			
			Celkem [h]		120,0	37,4			
			% využití		76	24			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Srpen

Přehled využití přístroje										
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
8.8.13	8:47	9:20	2313510	čištění HP	0,6					
8.8.13	11:45	18:21	T04-2313403	stanovení methanolu ve vodě -vývoj metody+ vzorky		6,6				
9.8.13	6:38	8:09	T04-2313403	stanovení methanolu ve vodě - vzorky		1,5				
13.8.13	12:39	13:23	T04-2313403	stanovení methanolu ve vodě - vzorky		0,7				
15.8.13	12:17	12:55	2313510	čištění kolony	0,6					
15.8.13	12:56	19:25	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		6,5				
16.8.13	9:22	12:56	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		3,6				
19.8.13	11:24	23:59	2313510	vývoj metody	12,6					
20.8.13	0:01	14:10	2313510	vývoj metody	14,2					
21.8.13	13:29	16:45	7013071	analýza vzorku	3,3					
21.8.13	16:50	23:59	2313510	vývoj metody	7,2					
22.8.13	0:01	7:59	2313510	vývoj metody	8,0					
22.8.13	8:08	14:23	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		6,3				
22.8.13	14:24	19:29	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,1				
23.8.13	6:23	13:40	2313510	vývoj metody	7,3					
27.8.13	7:04	13:24	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		6,3				
27.8.13	13:25	19:11	T02-2313403	vzorky (PYBI)						
30.8.13	7:18	8:09	2313510	čištění kolony	0,9					
30.8.13	0:01	10:27	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		10,4				
30.8.13	10:28	12:25	2313510	kontrola přístroje	2,0					
			Celkem [h]		56,4	47,0				
			% využití		55	45				

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071		
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum		
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.		
Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Září

Přehled využití přístroje									
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky
5.9.13	7:04	8:39	2313510	čištění kolony	1,6				
5.9.13	8:40	12:49	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		4,2			
5.9.13	0:01	18:37	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		18,6			
6.9.13	10:05	23:29	2313510	vývoj metody	13,4				
7.9.13	0:01	23:29	2313510	vývoj metody	23,5				
8.9.13	0:01	23:29	2313510	vývoj metody	23,5				
9.9.13	0:01	23:29	2313510	vývoj metody	23,5				
10.9.13	0:01	23:29	2313510	vývoj metody	23,5				
11.9.13	0:01	23:29	2313510	vývoj metody	23,5				
12.9.13	0:01	7:19	2313510	vývoj metody	7,3				
12.9.13	7:40	14:22	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		6,7			
12.9.13	14:23	23:59	T02-2313403	vzorky (PYBI)		9,6			
13.9.13	0:01	2:39	T02-2313403	vzorky (PYBI)		2,6			
18.9.13	7:11	8:06	2313510	čištění kolony	0,9				
18.9.13	8:07	11:43	T02-2313403	vzorky (PYBI)		3,6			
18.9.13	11:44	14:37	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		2,9			
24.9.13	7:45	8:22	2313510	čištění kolony	0,6				
24.9.13	8:23	15:57	7421390	NOVADEST- identifikace		7,6			
30.9.13	11:41	13:15	2313510	čištění kolony	1,6				
30.9.13	8:40	12:49	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		4,2			
30.9.13	12:50	18:37	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,8			
			Celkem [h]		142,7	65,7			
			% využití		68	32			

Přístrojový deník

Registrační číslo projektu	CZ.1.05/2.1.00/03.0071
Název projektu	Unipetrol Výzkumné vzdělávací centrum
Příjemce / Partner	Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Přístroj	Plynový chromatograf, FID/ECD, systém č. 4		
Evidenční číslo	5000002		
Umístění	Stavba 2806, laboratoř č. 34, Středisko analytické chemie		
Odpovědný pracovník		Rok	2013
Vedoucí pracoviště		Měsíc	Říjen

Přehled využití přístroje										
Datum	Čas od-do		Využití (grant, projekt, zakázka)		Výzkum [h]	Komerce [h]	Řešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis uživatele přístroje	Student - řešitel/spoluřešitel grantu/projektu/zakázky	Podpis
3.10.13	9:38	18:16	2313510	kontrola přístroje	8,6					
7.10.13	8:12	8:53	2313510	čištění kolony	0,7					
7.10.13	8:54	12:59	7013071	ropný produkt -identifikace	4,1					
7.10.13	13:06	17:50	7013071	ropný produkt -identifikace	4,7					
9.10.13	12:45	13:22	2313510	čištění kolony	0,6					
9.10.13	13:33	17:28	T02-2313403	C9 frakce		3,9				
10.10.13	7:45	8:24	2313510	čištění kolony	0,6					
10.10.13	8:25	11:59	T02-2313403	C9 frakce		3,6				
10.10.13	13:41	14:18	2313510	čištění kolony	0,6					
10.10.13	14:19	17:54	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		3,6				
10.10.13	17:55	23:41	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,8				
11.10.13	7:56	8:35	2313510	čištění kolony	0,7					
11.10.13	8:35	12:41	7421390	NOVADEST- identifikace						
15.10.13	8:47	17:24	2313510	kontrola přístroje	8,6					
16.10.13	11:44	23:59	2313510	vývoj metody	12,3					
17.10.13	0:01	23:59	2313510	vývoj metody	24,0					
18.10.13	0:01	1:59	2313510	vývoj metody	2,0					
18.10.13	7:00	7:42	2313510	čištění kolony	0,7					
18.10.13	7:43	14:10	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		6,5				
22.10.13	11:45	12:30	2313510	čištění kolony	0,8					
22.10.13	12:31	16:05	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		3,6				
22.10.13	16:06	21:53	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,8				
24.10.13	12:32	13:09	2313510	čištění kolony	0,6					
24.10.13	13:10	16:44	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		3,6				
24.10.13	16:45	22:33	T02-2313403	vzorky (PYBI)		5,8				
29.10.13	7:05	7:48	2313510	čištění kolony	0,7					
29.10.13	8:03	11:05	T04-2313403	Odpadní voda-identifikace		3,0				
29.10.13	12:55	20:28	2313510	kontrola přístroje	7,6					
29.10.13	20:29	23:59	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		3,5				
31.10.13	5:59	7:46	2313510	čištění kolony	1,8					
31.10.13	7:47	11:21	T03-2313403	vzorky (LPYBI)		3,6				
31.10.13	11:48	18:33	T02-2313403	vzorky (PYBI)		6,8				
			Celkem [h]		79,6	58,9				
			% využití		57	43				

